



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 13092

02.11.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 4 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :08.11.2023 10:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**vanadsm.satinalma@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	EL ANTİSEPTİK SOLÜSYONU (EL DEZENFEKTANI) 1000ML	100	Adet		
2	ŞEFFAF ELDİVEN	500	Paket		
3	DENTAL POMZA 1000 GR.	20	Adet		
4	KOMPOZİT İÇİN ŞEFFAF BANT	20	Kutu		
Toplam					

- * Kısmi Teklife açıktır.
- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DENTAL POMZA

- Toz halinde ince grenli 1(bir)kg'lık ambalajlı olmalıdır.
- Ambalajı hava ve su temasını kesecek şekilde hazırlanmalıdır.
- Homojen olmalıdır.
- Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az 1(bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek, teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Sömet LAMAN
Protez Servisi

6792

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Uzm.Dr. Maniye YETİSGİN
Periodontoloji Dp.No:35563
Ham No:14784

Uzm.Dr. Münüver YETİSGİN
Periodontoloji D.p.No:35563
Tic. Sic. No:147844

Mem No: 14784

VAN GİZLİ SAĞLIK MERKEZİ
Dr. H. H. H. H. H.
Dip. Tes. No: 20471

Dip. Tes. No. 20471

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEKNİK ŞARTNAME

1- EL DEZENFEKTANI (1 Litrelik)

- 1.Hijyenik el dezenfeksiyonunda en az 30 saniyede cerrahi de 3 dakikada etkili olmalı hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu etki süreleri bilimsel raporları sunulmalıdır.
- 2.Alkol bazlı el antiseptiği olmalıdır.
- 3.Ellerde tahriş yapmamalı bu amaçla yumuşatıcı-koruyucu madde içermelidir.
- 4.Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.
- 5.Geniş etki spektrumlu alkol tercih nedeni olacaktır.
- 6.Bakterist, Virusid, Fungosid etkili olmalıdır .Polio,Rota,Adeno,Vaccinia,Kimyasal içeriği etkin ve diğer maddelerin klinik raporları sunulmalıdır.
- 7.Ciltte kuruluğa pullanmaya ve alerjiye neden olmamalıdır ve bununla ilgili belgeler sunulmalıdır.
- Lateks eldivenlilerle kullanıma uygun olmalıdır.
- 8.Cildin bakımını ve yumuşaklığını sağlayan maddeler içermelidir. Kokusu iritan olmamalıdır.
- 9.Etki süresi uzun olmalıdır.
- 10.Kurumda bulunan aparatlara uygun olmalıdır.
- 11.En az 2 yıl raf ömürlü olmalı, üzerinde dezenfeksiyon süreleri, kullanım süreleri, son kullanım tarihi Muhteviyatı yazılı olmalıdır.
- 12.Orijinal,1 lt lik pvc içermeyen ambalajlarda olmalıdır.
- 13.Türkçe kullanım kılavuzu ile birlikte verilmelidir.
- 14.Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- 15.Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak adına 1 numune sunulmalıdır. Malzemeler depo teslim olmalıdır.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Dt. Saffet BABAT
Dip. Tes. No:49220

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Dt. Hayrettin ORUÇ
Dip. Tes. No: 50471

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkez
Uzm.Dt.Muneyyer YETİSGİN
Periodontoloji Dip.No:35563
Uzm No:147849

ŞEFFAF ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır.
2. Non-steril olmalıdır.
3. Bir pakette 100 adet eldiven içermelidir.
4. Çekilmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Sağ ve sol ayrımı olmamalıdır ve eldivenlerin bilek kısmı bol olmamalıdır.
6. Koli adet içeriği en fazla 10000 adet olmalıdır.
7. Poşetler şeffaf, kokusuz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
8. Poşetler orta yoğunluk polietilen hammaddeden mamul olmalıdır.
9. Torbaların alt kaynakları sızdırmaz, patlamaz ve yüksek mukavemetli olmalıdır.
10. Ürünün raf ömrü en az 2(iki) yıl olmalıdır.
11. Gönderici firma önce numune göndermeli bu numune kabul komisyonu tarafında değerlendirilip uygunluk kararı alındıktan sonra ürün kabulü yapılacaktır.
12. Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir.
13. Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az 1(bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Van Ağız Ve Dis Sağlığı Merkezi
Dt. Saffet BABAT
Dip Tes. No: 49220

VAN AĞIZ VE DİS SAĞLIĞI MERKEZİ
Dt. Havvanur ORUÇ
Dip. Tes. No: 20471

Van Ağız Ve Dis Sağlığı Merkez
Uzm.Dr. Maniye YETİSGİN
Periodontoloji Dip.No:35563
Uzm No:147843

KOMPOZİT İÇİN ŞEFFAF BANT

- Kompozit dolgu yapımında dişlerin ara yüzeylerinde kullanılacaktır.
- Kalınlığı en az 0,05 mm, genişliği en az 0,8 mm, uzunluğu en az 10 mm olmalıdır.
- Deste halinde orijinal ambalajında olacaktır.
- 100 lük kutular içinde, esneyip, bükülebilmeli, şeffaf olmalı, ışığı geçirebilmeli,
- Bantın bir köşesinde kalınlığını belirten sarı, mavi, kırmızı, renklerle işaretlenmiş
- olmalıdır.
- Kompozit dolguda kullanmak için, dolguya yapışmamalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı.
- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
- Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az 1(bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek, teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Dt. Saffet BABAT
Dip Tesc. No: 49220

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Dr. HAYRİ NURUÇ
Dip. No: 29471

Van Ağız Ve Dis Sağlığı Merkez
Uzm.Dr. Muhemmed YETİSGİN
Periödontoloji Dip.No:55563
Uzm No:147843