



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No

06.03.2024

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 KALEM SU ARITMA YUMUŞATMA CİHAZI TUZU Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Aşgari birim fiyatları yazılı teklifin :08.03.2024 saat 14:00'e kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** Nolu faksa fakslanması veya "**vanadsm.satinalma@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG	5000	Kilogram		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.
- * Malzemeler sağlık tesisimizin deposuna ücretsiz teslim edilecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Merkezimiz su arıtma sisteminin re jenerasyonunda kullanılabilir olmalı, pirojenik olmamalıdır.
- 2- Kaliteli rafine edilmiş tuzdan yapılmış olmalı, reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek (tortu, kil, kum vs.) yabancı madde içermemelidir.
- 3- Ambalaj şekli 25 kilogram halinde polibrojen jüt çuvallarda tablet şeklinde olmalıdır.
- 4- ISO ve TSE kalite belgeli olmalıdır.
- 5- Tablet tuzların etiketlerinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ruhsat numarası, tarih, üretim yeri, üretici firma ismi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 6- Yüklenici firma analiz raporunu kurumumuza verecektir.
- 7- Analiz raporları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır:

NACI oranı : %99,6

CA: %0,03

Rutubet Miktarı: %0,14

Sülfat : %0,1

Suda erimeyen madde:%0


Koku ve tat: Beyaz renkli ve tablet

Asitte erimeyen madde: %0 Magnezyum:%0

Tortu bırakmamalıdır.

- 8- Solüsyonlarda teknik kullanım yolunda ilerleme herhangi bir problem olduğundan eldeki malzemenin uygun malzeme ile değiştirilmesi taahhüdünde bulunmalıdır.
- 9- Su arıtım sistemi yumuşatıcıları için kullanılabilirlik saflık ve kalitede olacaktır. (Rafine tuzdan mamul olacak)
- 10- Su geçirmeyecek içi naylonlu çift katlı şekilde ambalajlanmış olacaktır.
- 11- Ambalajlarda marka ve menşei belirtilecektir.
- 12- Teklif edilecek olan malzemenin Sağlık Bakanlığı tarafından imal veya ithal izin belgesi bulunacaktır.
- 13- Yüklenici firma, idarece belirlenen yere taşınması ve istif edilmesi firma elemanları tarafından yapılacaktır.
- 14- Yüklenici firma, ürünü bir kereye mahsus hastane idaresinin belirttiği yere boşaltacaktır.


Savaş ERGÜZ
Teknisyen
Sicil No:115
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi


Yılmaz YAĞIZ
Teknisyen
Sicil No:115
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: MML850245
Biyomedikal Depo T.K.Y.