



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Hizmet Alımı
Talep No 17051

03.04.2024

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan STERİLİZASYON KESME - KAPAMA CİHAZI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :18.04.2024 13:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**vanadsm.satinalma@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi / Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	STERİLİZASYON PAKETİ BÜTÜNLEŞİK RULO KESME - KAPAMA CİHAZI BAKIM ONARIM İŞİ	1	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

STERİLİZASYON PAKETİ BÜTÜNLEŞİK RULO KESME - KAPAMA CİHAZI BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Bakım onarımı yapılan cihazın kesme ve kapama işlemi sorunsuz olarak çalışmalıdır.
- 2- Bakım onarımı yapılan cihazın Ayarlanabilir Dijital ekranı ile sıcaklık istenilen dereceye kadar ayarlanabilen özelliği aynen korunacaktır.
- 3- Bakım onarım işleminden sonra ayarlanabilir Dijital ekranı ile gerekli tüm programlanmalar yapılabilir olmalıdır.ve herhangi bir fonksiyon kaybı olmamalıdır.
- 4- Paket sayıcısı yeniden başlatabilme özeliği tamir işlemi sonrasında aynen çalışmalıdır.
- 5- Makine istenilen ısı derecesine gelmeden rulonun kapanma güvenliği açısından çalışmaya başlamamalıdır.
- 6- Kesme ve Kapama makinesi dakikada en az 12 metre kapatma yapabilme özelliği aynen devam etmelidir.
- 7- Makineye bağlı aparat sayesinde poşet açma payı uzunluğu ayarlanabilir olmalıdır.
- 8- Yüklenici tamir bakım konusunda TSE Hizmet yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
- 9- Bakım onarımı yapılan cihaz çalışma performansı yıllık en az % 95 (UPTIME) garantisi verecektir.
- 10- Bakım onarımı yapılacak olan cihazın üretim kataloğundaki bütün çalışma özellikleri bakım onarım sonrasında aynen çalışmalı kullanım esnasında çalışmayan veya aksayan özellikleri oluşursa firma tarafından hiçbir nakliye ve düzeltme ücreti talep edilmeden düzeltilmelidir.
- 11- Bakım Onarımı yapılan cihaz ve arızadan dolayı değişen parçaları en az 1(bir)yıl garanti kapsamında olacaktır.
- 12- Bakım onarım sonucu arızalı olup değiştirilen yedek parçalar tutanak karşılığında kurumumuza teslim edilecektir.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDOĞ
Sicil No: MM 658245
Büyükdere Mahallesi T.K.Y.

Saim YÜKSEKOVA
Hemşire
H 74452

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
HAYVA ÖZELER GÖLMAZ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI