



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 8393

29.03.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 5 Kalem Malzeme Alımı Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Aşgari birim fiyatları yazılı teklifin :04.04.2023 13:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** Nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Özkan ARIK
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	IŞIKLA SERTLEŞEN ANTERİÖR KOMPOZİT	15	Adet		
2	KOMPOZİT BİTİRME FREZİ(TÜM BOYLAR)	100	Adet		
3	POLİSAJ DİSKİ	10	Kutu		
4	MATRİKS BANDI KONTURLU	5	Kutu		
5	KOMPOZİT İÇİN ŞEFFAF BANT (Ön Dişler İçin)	20	PAKET		

Toplam

*Kısmi teklife açıktır.

* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.

* Teklif şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

* Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.

* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.

* Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.

* Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.

* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.

* Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

* Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Anterior Kompozit (Işıklı Sertleşen Kompozit)

Opak renge sahip olmalıdır ve ağız içinden yansıyan renkleri bloke edebilmelidir.

Mavi LED ışııkla sertleşmelidir.

Sertleşme süresi en çok 20 sn olmalıdır.

Kompozit el aletlerine yapışmamalıdır.

Kıvamı katı olmalıdır.

Ağız içerisindeki dikey ve yata kuvvetlere karşı dirençli olmalıdır.

Anterior ve posterior dişlerde kullanılabilirdir.

Dişlere uyum sağlayacak A1,A2,A3 gibi çeşitli renkleri olmalıdır.

Nanofil esaslı doldurucular içermelidir.

Radyopak olmalıdır.

Cilalanabilmelidir.

Ağırlıkça yaklaşık %78 inorganik doldurucu içermelidir.

Kompozitin içerisinde bulunduğı tüp koyu renkli olmalıdır ve içerisindeki kompozit zamanla sertleşmemelidir.

Teslim aşamasında gecikmeler ve uygun olmayan ürün getirilmesi halinde engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalara tarafından en az bir adet numune ihale dosyası ile teslim edilecek. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek , teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiğı değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Ulusal bilgi bankası kodu olmalı.

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. ZÜBAYDE YILDIZ
DİP.TES. NO: 44693
UZM. TES. NO: 152757

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. FIKRI ÖGAL
DİP.TES. NO: 38162
UZM. TES. NO: 153973

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. ÖZGÜR
DİP.TES. NO: 153973

Kompozit Bitirme Frezi

Aeratörle kullanılabilmelidir.

Kompozit yüzeyini parlatabilmeli ve su ile çalışılabilmelidir.

Arkansas taşından yapılmış olmalı.

Otoklav ve sterilizatörde steril edilebilmelidir.

Dişlerin okluzal, palatinal ve labial yüzeylerinde gerekli formu verebilmek için uygun boyutta olmalıdır.

Palatinal yüzeylere iç bükeylik verebilmek için gerekli olan labut şekline sahip olmalıdır.

Ara yüzey şekillendirmesi ve diş eti altına inebilmek için konik ve sivri uçlu olmalıdır.

Bileyleme işlemine uygun olmalı ve tekrar kullanılabilmelidir.

Teslim aşamasında gecikmeler ve uygun olmayan ürün getirilmesi halinde engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalara tarafından en az bir adet numune ihale dosyası ile teslim edilecek. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek , teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Ulusal bilgi bankası kodu olmalı.

YANIK VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. ZÜBEYDE YILDIZ
DİP.TES. NO: 44693
UZM.TES. NO: 152757

YANIK VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. FIKRI OĞAL
DİP.TES. NO: 38162
UZM.TES. NO: 153973

YANIK VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. ZÜBEYDE YILDIZ
DİP.TES. NO: 44693
UZM.TES. NO: 152757

Polisaj Diski

Ürün yarısaydam olmalıdır.

Disk çapı 11-13 arasında mm olmalı ve bir kutuda en az 50 adet bulunmalı.

Ortasında disk kalınlığını ifade eden renkli şerit bulunmalı.

Elastik olmalı ve ince disk yapısı daha fazla disk esnekliği sağlamalı

Uzun ömürlü olmalı ve alüminyum oksit taneciklerle entegre edilmiş dayanıklı polyesterden yapılmış olmalı.

Kullanıma hazır aşındırıcı tabakası olmalı

Kesici kenarlarda aşındırıcı partikül yer almalı ve uygulamanın başlangıcından itibaren bitirme ve polisaj işlemlerinin yüksek etkinlikte yapılabilmesini sağlamalı

Set içerisinde Anguldruvada çalışma için uygun mandal yapısına sahip mandrel olmalı.

Steril edilebilmeli ve tekrar kullanılabilirmeli

Paslanmamalı ve yapısı bozulmamalı

Hastane içerisinde kullanılan diskler ile uyumlu olmalı

Disklerden kolay ayrılmamalı.

Teslim aşamasında gecikmeler ve uygun olmayan ürün getirilmesi halinde engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalara tarafından en az bir adet numune ihale dosyası ile teslim edilecek. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek , teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Ulusal bilgi bankası kodu olmalı.

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. ZÜBEYDE YILDIZ
DİP.TES. NO: 44693
UZM. TES. NO: 152757

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. FIKRI OĞAL
DİP.TES. NO: 38162
UZM. TES. NO: 53973

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. ÖZGÜR DELİCİ
DİP.TES. NO: 40162
UZM. TES. NO: 2250

Anatomik (Konturlu) Matriks Bandı

Paslanmaz elikten yapılmıř olmalı

Kolay bükölüp, kırılmamalı ve kalınlığı en az 0.045 mm olmalı

řekli kıvrımlı (bumerang) olmalı ve diř eti altında da kullanılabilmeli

Teslim ařamasında gecikmeler ve uygun olmayan ürün getirilmesi halinde engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalara tarafından en az bir adet numune ihale dosyası ile teslim edilecek. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek , teknik řartnameye uygunluğu ve kullanım pratiğı deęerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dıřı bırakılacaktır.

Ulusal bilgi bankası kodu olmalı.

VAN AĞIZ VE Dİř SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. ZİBEYDE YILDIZ
DİPTES. NO: 44693
UZM.TES. NO: 152757

VAN AĞIZ VE Dİř SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. FIKRI OCAK
DİPTES. NO: 38162
UZM.TES. NO: 153973

VAN AĞIZ VE Dİř SAĞLIĞI MERKEZİ
UZM.DT. ZİBEYDE YILDIZ
DİPTES. NO: 44693
UZM.TES. NO: 152757

Kompozit için Şeffaf Bant (Ön Dişler İçin)

Ön dişlerde arayüzlerin şekillendirilmesi esnasında kullanılır. Kullanım aşamasında bükülme direnci yüksek olmalı.

Kompozite yapışmamalı

Üzerinde bant genişliği ve kalınlığını ifade eden renk şeritleri bulunmalı

Kalınlığı en az 0.05 mm olmalı.

Teslim aşamasında gecikmeler ve uygun olmayan ürün getirilmesi halinde engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalara tarafından en az bir adet numune ihale dosyası ile teslim edilecek. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek , teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Ulusal bilgi bankası kodu olmalı.

