



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 9041

18.04.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 3 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :25.04.2023 13:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Özkan ARIK
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	AMALGAM KAPSÜL %70 GÜMÜŞ ORANI NO:3	100	Kutu		
2	AMALGAM KAPSÜL %70 GÜMÜŞ ORANI NO:2	70	Kutu		
3	DÖNER KANAL EĞESİ ANGULDURVA İÇİN	600	Kutu		
Toplam					

- * Kısmi Teklife açıktır.
- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DÖNER KANAL EĞESİ TEKNİK SARTNAME

- 1- Nikel-Titanyum olmalıdır.
- 2- Eğeler şekillendirici ve bitirici diye adlandırılan iki farklı grupta olmalıdır.
- 3- Şekillendiricilerin taperları artan bir yapıya sahip olmalıdır.
- 4- Bitiricilerin taperları artan bir yapıya sahip olmalıdır.
- 5- Kanal eğelerinin kesitleri üçgen yapıya sahip olmalıdır.
- 6- Eğelerin uç kısımları apikal güvenlik için keskin olmamalıdır.
- 7- Kanal eğeleri standart eğe renk kodlarında olmalıdır.
- 8- Renk halkası olmayan kanal eğesi 19mm olmalıdır.
- 9- Renk halkası olan kanal eğelerinin 16-21-25-31 mm boyları bulunmalıdır.
- 10- Sistem Pedodonti için tasarlanmış 16 mm uzunluğunda eğelere sahip olmalıdır.
- 11- Isıl işlem teknolojisi ile kırılmalara dayanıklı hale getirilmiş olmalıdır.
- 12- Isıl işlem teknolojisinin uygulanmasına bağlı olarak eğelerin Blue(mavi) veya Gold(sarı) renklerine dönmüş olması gerekmektedir. İstenildiğinde iki ürününde tüm açı ve boyları tedarik edilebilmelidir.
- 13- Sistemdeki Kanal aletleri 04/ 06 açılarda tüm numara ve boylarda olmalıdır.
- 14- İstenildiğinde 04 ve 06 açılı eğelerin istenilen numaralardasortisiveya asortisi de tedarik edilebilmelidir.
- 15- 04 ve 06 açılı eğelerin karışmaması ve açısının rahatlıkla anlaşılabilmesi için eğelerin sap kısmında lazer ile açı/numara yazılı olmalıdır.
- 16- Eğeler otoklava dayanıklı kutularda en az 4'lü set halinde olmalıdır.
- 17- Kutunun arkasında otoklavlanma sayısını belirlemek için koparılabilen çentikler yer almalıdır.
- 18- Kutu üzerinde eğe boy ölçümünü yapabilmek için endometre bulunmalıdır.
- 19- Kanal eğelerinin optimal dönüş hızı 300devir/dk olmalıdır.
- 20- Set içerisinde toplam 4 eğe olmalıdır.
- 21- Her bir eğe grubunun sortisi ayrı olarak satın alınabilmelidir.
- 22- İstedikinde asorti paket içeriği kurum isteğine göre değiştirilebilmelidir.
- 23- 25mm'lik standart boydaki her bir eğe üzerinde 18, 19, 20 ve 22mm'lerde işaret bulunmalıdır.
- 24- Eğeler en az %55 nikel içermelidir. Bu durum üretici tarafından belgelendirilmelidir.

Van Ağız ve Diş
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Dt. Velat ÖZKAPLAN
Dip. No: 43180

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DT. BİRGÜL AYDEMİR
Dip. No: 63256

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DT. GOKHAN GUNGOR
Dip Tes. No: 62358

AMALGAM KAPSÜL(2 DOZLUK)

- Her biri en az 600 mg alaşım,en az 630 mg civadan oluşmuş,2 porsiyonluk 50 kapsül içeren kavanozlarda olmalı.
- Dental amalgam için iğne şeklinde kesilmiş partiküllü gümüş alaşımı olmalı ve bu özelliği kavanozlar üzerinde belirtilmeli.
- Gamma-2 fazı içermemeli ve bu kavanozlar üzerinde belirtilmeli.
- Ürünlerin ambalajları hologramlı olmalı.
- ($\%68\pm3$)Ag, ($\%18\pm3$)Sn, ($\%12\pm3$)Cu, $\%00-0,5$ Zn içermeli ve içerdiği komponentler kavanozlar üzerinde belirtilmeli.
- Üretim ve son kullanma tarihi olmalı.
- Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az 1(bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek, teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dt. Velat ÖZKAPLAN
Dip. No: 43180

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DT. BİRGÜL AKDEMİR
Dip. No: 53256

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DT. GÖKHAN GÜNGÖR
Dip Tes. No: 62358

AMALGAM KAPSÜL(3 DOZLUK)

- Her biri en az 800mg alaşım,en az 840mg cıvadan oluşmuş,3 posiyonluk 50 kapsül içeren kavanozlarda olmalı.
- Dental amalgam için iğne şeklinde kesilmiş partiküllü gümüş alaşımı olmalı ve bu özelliği plastik kavanozlar üzerinde belirtilmeli.
- Gamma-2 fazı içermemeli ve bu,plastik şeffaf kavanozlar üzerinde belirtilmeli.
- Ürünlerin ambalajları hologramlı olmalı.
- ($\%68\pm3$)Ag, ($\%18\pm3$)Sn, ($\%12\pm3$)Cu, $\%00-0,5$ Zn içermeli ve içerdiği komponentler kavanozlar üzerinde belirtilmeli.
- Üretim ve son kullanma tarihi olmalı.
- Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az 1(bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek, teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Dt. Velat ÖZKAPLAN
Dip. No: 43180

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

DT. GÖKHAN GÜNGÖR
Dip Tes. No: 62358

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

DT. SİRGÜL AKDEMİR
Dip. No: 53256