



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 9735

23.05.2023

PIYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 KALEM AERATÖR YAĞI 500 ML ALIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :26.05.2023 13:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Özkan ARIK
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	AERATÖR-YAĞI 500 ML	15	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

AERATÖR YAĞI 500 ML.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Her marka aeratör,mikromotor ve piyasemenler için uyumlu spreyl formda olmalıdır.
- 2- Ürün 500 ml.oriijinal basınca dayanıklı metal kutularda olmalıdır.
- 3- Yağlama spreyl başlığı her ürün üzerinde oriijinal takılı olmalıdır.
- 4- Ürün spreyl başlığı her marka aeratör başlığını yağlamaya uygun olmalıdır.
- 5- Ürün yağlama,temizleme olan yağ ve dezenfekte özelliği olan alkol karışımından meydana gelmeli, bu özellik ürün üzerinde yazılı olmalıdır.
- 6- Spreyle beraber el aletlerinde daha rahat yağlama yapılması için nozzle (pulvarize uçları) verilmelidir.
- 7- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır.
- 8- Ambalajlarında üretim tarihi , son kullanma tarihi ve üretici firma adı okunaklı tahribatsız ve deforme olmamış halde bulunmalıdır.
- 9- Ürün TİTUBB kayıtlı olmalıdır. TİTUBB kaydı olmayan malzeme grubunda ise kapsam dışı olduğuna dair belge idareye sunulmalıdır.
- 10- Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir.
- 11- Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az bir1(bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek , teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.
- 12- Alınacak olan ürün firmadan kurumun isteği ve ihtiyacına göre peyderpey alınacaktır.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: MM.650745-
Biyomedikal Depo T.K.Y.

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
HAVVA ÖZTÜRK BOLMAZ
Biyomedikal Depo T.K.Y.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Bahattin TURAN
Birim Sorumlusu