



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 10246

19.06.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 2 KALEM AERATÖR KARTUŞU ALIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :21.06.2023 14:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Müslüm TÜCİ
Başhekim-V.

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	AERATÖR KARTUŞU (WH ALEGRA)	45	Adet		
2	AERATÖR KARTUŞU (SİRONA T3 RACER)	40	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

SİRONA T 3 RACER AERATÖR KARTUŞ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kurumumuzda kullanılmakta 2016 imalat tarihli 40 Adet SİRONA T3 Racer(4 su püskürtmeli) toplam 40 adet Aeratörlerin markasına bire bir uyumlu orijinal kartuşu olmalıdır.
- 2- Değişimi yapılan eski kartuşlar kuruma teslim edilecektir.
- 3- Kartuş değişimi yapılmadan önce Aeratörlerin genel bakım ve temizlik işlemlerini (kapak, buton, kapling conta, oring, altında, üstünde birikmiş olan kalıntı tortu v.b Aeratörün ünit kamçısına bağlantı boru ve contalarının) bakımını yaptıktan sonra kartuş değişim işlemini yapacaktır.
- 4- Kartuş değişim işleminden sonra Aeratörler ilk alınmış oldukları zamanki çalışma performanslarından herhangi bir kayıp yaşamamalıdır.
- 5- Yüklenici firma alımı yapılan madde 1 de marka modelleri belirtilen **40 adet kartuşu kuruma teslim edecek**, muayene komisyonu gördükten sonra değişimi yapılacak Aeratörler ile beraber bakımı ve kartuş değişimi yapmakta yeterliliği olan bir teknik serviste değiştirilmek üzere yüklenici firmaya tutanak karşılığında teslim edilecektir.
- 6- Yüklenici kartuş değişimini değişim yapılacak aeratörlerin yetkili servislerinde yaptırdığına dair teknik servis formunu tarafımıza sunmalıdır.
- 7- Yüklenici firma kartuş değişim işlemini 15 iş günü içerisinde yapıp Aeratörleri kuruma eksiksiz olarak teslim edecektir.
- 8- Kartuş değişim işlemi yapılan Aeratörler teslim aşamasında muayene komisyonu tarafından çalışma kontrolleri yapıp uygun görüldükten sonra kabulü yapılacaktır.
- 9- Alınacak olan kartuşlar en az 6 Ay garanti kapsamında olmalıdır.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: 64650245
Biyomedikal Depo T.K.Y.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Bahattin TURAN
Birim Sorumlusu

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Dt. Müslüm TUCİ
Başhekim Yardımcısı
Diy. 5394

WH ALEGRA TE 98 AERATÖR KARTUŞ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kurumumuzda kullanılmakta 2020 imalat tarihli 45 Adet WH ALEGRA TE 98 Model Aeratörlerin markasına bire bir uyumlu orijinal kartuşu olmalıdır.
- 2- Değişimi yapılan eski kartuşlar kuruma teslim edilecektir.
- 3- Kartuş değişimi yapılmadan önce Aeratörlerin genel bakım ve temizlik işlemlerini (kapak, buton, kapling conta, oring, altında, üstünde birikmiş olan kalıntı tortu v.b Aeratörün ünit kamçısına bağlantı boru ve contaların) yaptıktan sonra kartuş değişim işlemini yapacaktır.
- 4- Kartuş değişim işleminden sonra Aeratörler ilk alınmış oldukları zamanki çalışma performanslarından herhangi bir kayıp yaşamamalıdır.
- 5- Yüklenici firma alımı yapılan madde 1 de marka modelleri belirtilen **45 adet kartuşu kuruma teslim edecek**, muayene komisyonu gördükten sonra değişimi yapılacak Aeratörler ile beraber bakımı ve kartuş değişimi yapmakta yeterliliği olan bir teknik serviste değiştirilmek üzere yüklenici firmaya tutanak karşılığında teslim edilecektir.
- 6- Yüklenici kartuş değişimini değişim yapılacak Aeratörlerin yetkili servislerinde yaptırdığına dair teknik servis formunu tarafımıza sunmalıdır.
- 7- Yüklenici firma kartuş değişim işlemini 15 iş günü içerisinde yapıp Aeratörleri kuruma eksiksiz olarak teslim edecektir.
- 8- Kartuş değişim işlemini yapılan Aeratörler teslim aşamasında muayene komisyonu tarafından çalışma kontrolleri yapıp uygun görüldükten sonra kabulü yapılacaktır.
- 9- Alınacak olan kartuşlar en az 6 Ay garanti kapsamında olmalıdır.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÖNDÜZ
Sicil No: MM 650245
Biyomedikal Depo T.K.Y.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Bahattin TURAN
Birim Sorumlusu

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Dt. Müşüm TUĞİ
Başhekim Yardımcısı
D. 15394