



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 10114

11.07.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 8 KALEM DİŞ ÜNİTİ YEDEK PARÇA ALIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :17.07.2023 10:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** Nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Müslüm TUCİ
Başhekim V.

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	DİŞ ÜNİTİ AERATÖR HORTUMU LED IŞIK HATLI	20	Adet		
2	DİŞ ÜNİTİ SELENOİD VALFİ	4	Adet		
3	DİŞ ÜNİTİ TABLET HAVA-SU BLOĞU ANTHOS A/3	3	Adet		
4	DİŞ ÜNİTİ KAVİTRON CİHAZI / DİŞ TAŞI TEMİZLEME CİHAZI	1	Adet		
5	DİŞ ÜNİTİ KOLTUK YÜKSEKLİK AYAR POTANSİYOMETRESİ	1	Adet		
6	DİŞ ÜNİTİ SU KONTROL VALFİ/PNÖMATİK	1	Adet		
7	DENTAL REFLEKTÖR CAMI	1	Adet		
8	DİŞ ÜNİTİ KAMÇI KOLU HAREKET ANAHTARI - SWITCH PNÖMATİK	1	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

DİŞ ÜNİTİ YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-) DİŞ ÜNİTİ AERATÖR HORTUMU LED IŞIK HATLI:

- a- Alınacak olan malzeme merkezimizde kullanılmakta olan ANTHOS A/3 diş ünitlerine uyumlu olmalıdır.
- b- Merkezimizde kullanılmakta olan ışıklı yada ışiksiz aeratörlere ara parça kullanılmadan monte edilmeli en az 4 delikli olmalıdır.
- c- Alınacak olan malzeme Orijinal paket ve kutularında açılmamış olarak getirilip muayene komisyonu önünde açılarak aktif olarak teslim edilecektir.
- d- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

2-) DİŞ ÜNİTİ SOLENOİD VALFİ :

- a-)Alınacak olan malzeme merkezimizde kullanılmakta olan ANTHOS A/3 diş ünitlerine uyumlu olmalıdır.
- b- Alınacak olan malzeme Orijinal paket ve kutularında açılmamış olarak getirilip muayene komisyonu önünde açılarak aktif olarak teslim edilecektir.
- c- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

3-) DİŞ ÜNİTİ TABLET HAVA –SU BLOĞU (PNOMATİK):

- a- Alınacak olan malzeme merkezimizde kullanılmakta olan ANTHOS A/3 diş üniti hekim tablet hava su blokları ile bire bir uyumlu olmalıdır.
- b- Alınacak olan malzeme Orijinal paket ve kutularında açılmamış olarak getirilip muayene komisyonu önünde açılarak aktif olarak teslim edilecektir.
- c- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

4-) DİŞ ÜNİTİ KAVİTRON CİHAZI/DİŞ TAŞI TEMİZLEME CİHAZI:

- a- Alınacak olan malzeme merkezimizde kullanılmakta olan ANTHOS A/3 diş ünitleri üzerinde bulunan kavitron kartlarına bire bir uyumlu olmalıdır.
- b- Alınacak olan malzeme Orijinal paket ve kutularında açılmamış olarak getirilip muayene komisyonu önünde açılarak aktif olarak teslim edilecektir.
- c- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

5-) DİŞ ÜNİTİ KOLTUK YÜKSEKLİK AYAR POTANSİYOMETRESİ:

- a- Alınacak olan malzeme merkezimizde kullanılmakta olan ANTHOS A/3 diş ünitlerine uyumlu olmalıdır.
- b- Alınacak olan malzeme, ünite monte işleminden sonra sırt dayama koltuğu indirilip kaldırılma işlemi sorunsuz çalışmalıdır..

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: 1150245
Biyomedikal Depo T.K.Y.

Mustafa KEREM
Teknisyen
Sicil No: 1150245
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Şevket ERGÜÇ
Teknisyen
Sicil No: 1150245
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

c- Alınacak olan malzeme Orijinal paket ve kutularında açılmamış olarak getirilip muayene komisyonu önünde açılarak aktif olarak teslim edilecektir.

d- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

6-) DIŞ ÜNİTİ SU KONTROL VALFİ (PNOMATİK):

a- Alınacak olan malzeme merkezimizde kullanılmakta olan ANTHOS A/3 diş ünitlerine uyumlu olmalıdır.

b- Alınacak olan malzeme Orijinal paket ve kutularında açılmamış olarak getirilip muayene komisyonu önünde açılarak aktif olarak teslim edilecektir.

c- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

7-) DENTAL REFLEKTÖR CAMI :

a- Merkezimiz kliniklerinde kullanılmakta olan ADEC Diş ünit reflektörlerine uyumlu olmalıdır.

b- Alınacak olan malzeme Orijinal ambalaj ve kutularında açılmamış olarak getirilip muayene komisyonu önünde açılarak aktif olarak teslim edilecektir.

c- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

8-) DIŞ ÜNİTİ KAMÇI KOLU HAREKET ANAHTARI-SWITCH PNOMATİK :

a- Merkezimiz kliniklerinde kullanılmakta olan ADEC - 200 model diş ünitlerine uyumlu olmalıdır.

b- Kamçı koluna gelen hava basıncını kullanım gerekliliğine göre kontrol altında tutmalıdır.

c- Alınacak olan malzeme Orijinal ambalaj ve kutularında açılmamış olarak getirilip muayene komisyonu önünde açılarak aktif olarak teslim edilecektir.

d- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: MM 820245
Biyomedikal Depo T.K.Y.

Mustafa KEREM
Teknisyen
Sicil No: 1151
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Şevket ERGÜÇ
Teknisyen
Sicil No: 115
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

