



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 10869

27.07.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 2 KALEM AERATÖR KARTUŞU ALIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin : 01.08.2023 13:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	AERATÖR KARTUŞU (WH ALEGRA)	45	Adet		
2	AERATÖR KARTUŞU (SİRONA T3 RACER)	40	Adet		
Toplam					

*Kısmi Teklife açıktır.

* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.

*Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

* Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.

* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.

* Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.

* Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.

* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.

* Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

* Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

WH ALEGRA TE 98 AERATÖR KARTUŞ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kurumumuzda kullanılmakta 2020 imalat tarihli 45 Adet WH ALEGRA TE 98 Model Aeratörlerin markasına bire bir uyumlu kartuşu olmalıdır.
- 2- Değişimi yapılan eski kartuşlar kuruma teslim edilecektir.
- 3- Kartuş değişimi yapılmadan önce Aeratörlerin genel bakım ve temizlik işlemlerini (kapak, buton, kapling conta, oring, altında, üstünde birikmiş olan kalıntı tortu vb. Aeratörün ünit kamçısına bağlantı boru ve contalarının) bakımını yaptıktan sonra kartuş değişim işlemini yapacaktır.
- 4- Kartuş değişme işleminden sonra Aeratörler ilk alınmış oldukları zamanki çalışma performanslarından herhangi bir kayıp yaşamamalıdır.
- 5- Yüklenici kartuş değişimini değişim yapılacak Aeratörlerin yetkili servislerinde yaptırdığına dair teknik servis formunu tarafımıza sunmalıdır.
- 6- Yüklenici firma kartuş değişim işlemini 15 iş günü içerisinde yapıp Aeratörleri kuruma eksiksiz olarak teslim edecektir.
- 7- Kartuş değişim işlemi yapılan Aeratörler teslim aşamasında muayene komisyonu tarafından çalışma kontrolleri yapıp uygun görüldükten sonra kabulü yapılacaktır.
- 8- Alınacak olan kartuşlar en az 6 Ay garanti kapsamında olmalıdır.
- 9- 6 Ay garanti süresi içerisinde arızalanan kartuşlar yeni birebir uyumlu kartuş ile değişimi yapılarak 10 iş günü içerisinde kuruma teslim edilecektir.
- 10- Yüklenici her Aeratör kartuşu için ayrı ayrı zamanlarda arızalanması halinde en az 3 defa karuş değişimini hiçbir mazeret ve ücret talep etmeden yapacağına dair kurumumuza taahhütname verecektir.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: 444 650245
Biyomedikal Depo T.K.Y.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Birim Sorumlusu
Turan

VAN AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZ
Başhekim Yardımcısı
Dr. Müslüm TUCİ
Dt15394

SİRONA T 3 RACER AERATÖR KARTUŞ ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kurumumuzda kullanılmakta 2016 imalat tarihli 40 Adet SİRONA T3 Racer(4 su püskürtmeli) toplam 40 adet Aeratörlerin markasına bire bir uyumlu kartuşu olmalıdır.
- 2- Değişimi yapılan eski kartuşlar kuruma teslim edilecektir.
- 3- Kartuş değişimi yapılmadan önce Aeratörlerin genel bakım ve temizlik işlemlerini (kapak, buton, kapling conta, oring, altında, üstünde birikmiş olan kalıntı tortu v.b Aeratörün ünit kamçısına bağlantı boru ve contalarının) bakımını yaptıktan sonra kartuş değişim işlemini yapacaktır.
- 4- Kartuş değişim işleminden sonra Aeratörler ilk alınmış oldukları zamanki çalışma performanslarından herhangi bir kayıp yaşamamalıdır.
- 5- Yüklenici kartuş değişimini değişim yapılacak aeratörlerin yetkili servislerinde yaptırdığına dair teknik servis formunu tarafımıza sunmalıdır.
- 6- Yüklenici firma kartuş değişim işlemini 15 iş günü içerisinde yapıp Aeratörleri kuruma eksiksiz olarak teslim edecektir.
- 7- Kartuş değişim işlemi yapılan Aeratörler teslim aşamasında muayene komisyonu tarafından çalışma kontrolleri yapıp uygun görüldükten sonra kabulü yapılacaktır.
- 8- Alınacak olan kartuşlar en az 6 Ay garanti kapsamında olmalıdır.
- 9- 6 Ay garanti süresi içerisinde arızalanan kartuşlar yeni birebir uyumlu kartuş ile değişimi yapılarak 10 iş günü içerisinde kuruma teslim edilecektir.
- 10- Yüklenici her Aeratör kartuşu için ayrı ayrı zamanlarda arızalanması halinde en az 3 defa kartuş değişimini hiçbir mazeret ve ücret talep etmeden yapacağına dair kurumumuza taahhütname verecektir.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: MM 660245
Biyomedikal Depo T.K.Y.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Bahattin TURAN
Birim Sorumlusu

VAN AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZ
Başhekim Yardımcısı
Dt. Müslüm TUCİ
Dt 15394