



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 10894

01.08.2023

PIYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 5 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMIAım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Aşgari birim fiyatları yazılı teklifin :07.08.2023 14:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** Nolu faks fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	GUTTA PERCHA TÛM BOYLAR	350	PAKET		
2	DÖNER KANAL EĞESİ ANGULDURVA İÇİN	350	Kutu		
3	HEMOSTATİK DENTAL KANAMA DÜRDURUCU JEL FERRİK SÜLFAT İÇEREN	8	Adet		
4	PARLATMA KEÇESİ	50	Adet		
5	ŞEFFAF ELDİVEN	200	PAKET		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.
- * Kısmi teklife açıktır.

FİRMA KAŞE İMZA

GUTTA PERCHA AÇILI TM BOYLAR

- 1- Standartlara uygun boylarda taper açılı olmalıdır.
- 2- Radyopak olmalıdır.
- 3- Kullanıma uygun sertlikte olmalı.kolaylıkla eğilmemeli,elastik olmalı, kolaylıkla kırılmamalıdır.
- 4- Kalınlıkları ve sayıları ihtiyaca göre kurumlar tarafından belirlenerek alınacaktır.
- 5- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde boyalı ve milimetrik ölçekli olmalıdır.
- 6- Kutular üzerinde üretici firmanın adı veya logosu,katalog numarası yazılı olmalıdır.
- 7- Bir kutuda en az 60 tane gutta percha olmalıdır.
- 8- Gutta perkanın boyu L=28mm olmalı.
- 9- Mika kutu içerisinde yer alan guttadan hareket etmesini engelleyen sünger olmalıdır.
- 10-Düşük erime noktalı olmalıdır.
- 11-Özel alfa fazından oluşmalıdır.
- 12-İyi kondense edilebilmesi için yüksek plasitede olmalıdır.
- 13-Tm sıcak ve soğuk dolum teknikleriyle uyumlu olmalıdır.
- 14-Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
- 15-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihine göre en az 2 yıllık raf ömrü olmalıdır.
- 16-Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
- 12 -Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değıştirilmelidir.
- 13 -Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında,firmalar tarafından en az 1(bir)adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir.teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiğı değeriendirilecektir.uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Dr. NADİ DEENGİN
Dip. No: 37029

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dr. Oğuzhan BAKIR TC
Dip. No: 37670

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dr. Ayhan BAKIR TC
Dip. Tes. No: 39814

DÖNER KANAL EĞESİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Nikel-Titanyum olmalıdır.
2. Eğeler şekillendirici ve bitirici diye adlandırılan iki farklı grupta olmalıdır.
3. Şekillendiricilerin taperları artan bir yapıya sahip olmalıdır.
4. Bitiricilerin taperları artan bir yapıya sahip olmalıdır.
5. Kanal eğlerinin kesitleri üçgen yapıya sahip olmalıdır.
6. Eğelerin uç kısımları apikal güvenlik için keskin olmamalıdır.
7. Kanal eğleri standart eğe renk kodlarında olmalıdır.
8. Renk halkası olmayan kanal eğesi 19mm olmalıdır.
9. Renk halkası olan kanal eğlerinin 16-21-25-31 mm boyları bulunmalıdır.
10. Sistem pedodonti için tasarlanmış 16mm uzunluğunda eğelere sahip olmalıdır.
11. Isıl işlem teknolojisi ile kırılmalara dayanıklı hale getirilmiş olmalıdır.
12. Isıl işlem teknolojisinin uygulanmasına bağlı olarak eğelerin blue(mavi) veya gold(sarı) renklerine dönmüş olması gerekmektedir. İstenildiğinde iki ürününde tüm aç ve boyları tedarik edilebilmelidir.
13. Sistemdeki kanal aletleri 04/06 açılarda tüm numara ve boylarda olmalıdır.
14. İstenildiğinde 04 ve 06 açılı eğelerin istenilen numaralarda sorti veya asortisi de tedarik edilebilmelidir.
15. 04 ve 06 açılı açılı eğelerin karışmaması ve açısının rahatlıkla anlaşılabilmesi için eğelerin sap kısmında lazer ile aç/numara yazılı olmalıdır.
16. Eğeler otoklava dayanıklı olmalıdır.
17. Kutunun arkasında otoklavlanma sayısını belirlemek için koparılabilen çentikler yer almalıdır.
18. Kutu üzerinde eğe boy ölçümünü yapabilmek için endometre bulunmalıdır.
19. Kanal eğlerinin optimal dönüş hızı 300 devir/dk olmalıdır.
20. Set içerisinde toplam 4 eğe olmalıdır.
21. Her bir eğe grubunun sortisi ayrı olarak satın alınabilmelidir.
22. İstedildiğinde asorti paket içeriği kurum isteğine göre değiştirilebilmelidir.
23. 25mm'lik standart boydaki her bir eğe üzerinde 18,19,20 ve 22mm'lerde işaret bulunmalıdır.
24. Eğeler en az %55 nikel içermelidir. Bu durum üretici tarafından belgelendirilmelidir.
25. Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
26. Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir.
27. Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az 1(bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Dt. Yücel YÜKSEK
Dip. Tes. No: 39814

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Dt. Kadir DEMİRTÜRK
DIP NO: 7029

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Dt. Kadir DEMİRTÜRK
Dip. Tes. No: 41570

KANAMA DURDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

7. % 15.5 ferrik sülfat içermelidir.
8. İdeal bir yapıştırma için sulkular sıvıların kontaminasyonunu önlemelidir.
9. Saniyeler içinde kanamayı durdurmalıdır.
10. İdeal bir ölçü öncesi hazırlık sağlamalıdır.
11. Set içeriğinde 1 adet 30ml astringent dev şırınga bulunmalıdır.
12. Raf ömrü 48 ay olmalıdır. Ubb kaydı olmalıdır.
13. Teslim aşamasında gecikmeler ve uygun olmayan ürün getirilmesi halinde engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalara tarafından en az bir adet numune ihale dosyası ile teslim edilecek. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek , teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DT. NADİDE ENGİN
DİP NO: 37029

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DT. NADİDE ENGİN
DİP NO: 37029

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DT. SEDAT ZEMİRTÜRK
DİP NO: 41570

PARLATMA KEÇESİ

- Protez polisajı için standartlara uygun olmalıdır.
- Orta uzunlukta (20x40mm), konik şeklinde, çabuk kırılmayan, dayanıklıdır.
- Cila motoruna uygun olmalıdır.
- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
- Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az 1(bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek, teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Mh.
Dr. TUGCEL ERGÖK
Diy. Tes. No: 30814

Van Ağız ve Diş Sağ. Mh.
Cabir KORKMAZ
Diş Teknisyeni
Sicil No: 712404

Van Ağız ve Diş Sağlığı Mh.
Dr. M. KORKMAZ
Diy. Tes. No: 30814

SEFFAF ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır.
2. Non-steril olmalıdır.
3. Bir pakette 100 adet eldiven içermelidir.
4. Çekilmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Sağ ve sol ayrımı olmamalıdır ve eldivenlerin bilek kısmı bol olmamalıdır.
6. Koli adet içeriği en fazla 10000 adet olmalıdır.
7. Poşetler şeffaf, kokusuz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
8. Poşetler orta yoğunluk polietilen hammaddeden mamul olmalıdır.
9. Torbaların alt kaynakları sızdırmaz, patlamaz ve yüksek mukavemetli olmalıdır.
10. Ürünün raf ömrü en az 2(iki) yıl olmalıdır.
11. Gönderici firma önce numune göndermeli bu numune kabul komisyonu tarafından değerlendirilip uygunluk kararı alındıktan sonra ürün kabulü yapılacaktır.
12. Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir.
13. Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az 1(bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

Van Ağz ve DS Sağlık Merkezi
Dış. Tes. No: 39814
Dr. Mustafa ÖRSKİN

Van Ağz ve DS Sağlık Merkezi
Dış. Tes. No: 37200
Dr. NADİ E. ENGİN

Van Ağz ve DS Sağlık Merkezi
Dış. Tes. No: 41570
Dr. S. DEMİRTÜRK