



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 11048

10.08.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 KALEM İLETKENLİK ÖLÇÜM CİHAZI Alım İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :17.08.2023 14:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** Nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	İLETKENLİK ÖLÇÜM, İLETKENLİK / CONDUCTIVITY ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR	1	Adet		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

FİRMA KAŞE İMZA

İLETKENLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI, İLETKENLİK / CONDUCTIVITY ÖLÇÜM CİHAZI TAŞINABİLİR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-) TDS cihazı iletkenlik ölçer olmalıdır.
- 2-) TDS Cihazı sıcaklık ölçer olmalıdır.
- 3-) TDS Cihaz PPM ölçme Özelliği olmalıdır.
- 4-) TDS Cihazı PH ölçme özelliği olmalıdır.
- 5-) Cihazın hassas ölçme özelliği olmalıdır.
- 6-) TDS Cihaz otomatik sensörlü olmalıdır.
- 7-) TDS metre cihazı cep tipi olmalıdır.
- 8-) Sensör ekipmanı Hassas olmalıdır.
- 9-) Alınacak olan cihaz orijinal kullanım kılavuzu ve katalogları ile beraberinde Türkçe kullanım klavuzu ve kataloğu da idaremize teslim edilecektir.
- 10-) Alınacak olan cihaz en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.
- 11-) Alınacak olan cihazın TİTUBB kaydı olmalı ve cihaz tesliminde idareye sunulmalıdır.TİTUBB kaydı olmayan cihazların kapsam dışı olduğuna dair belge idareye sunulmalıdır.
- 12-) Alınacak olan cihazın aktif çalışma süresi %95 den az olmayacaktır.Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.Arızalanıp garanti kapsamında onarımda geçen süre garanti süresine ilave edilecektir.
- 13-) Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ihale esnasında,firmalar tarafından ürün numunesi ihale dosyası ile birlikte idaremize teslim edilecek,şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir.Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

VAN AGİZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
İdari ve Mali Hizmetler
Müdür Yardımcısı
İbrahim İNAN

VAN AGİZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Bashakim Yardımcısı
Dt. Müslüm TUCİ
Dt 5394

Saime YÜKSEKOVA
Hemşire
H 74452