



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 11206

01.09.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 2 KALEM DİŞ ÜNİT SARF MALZEME ALIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :06.09.2023 13:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	DİŞ ÜNİTİ AERATÖR HORTUMU ÇİFT GİRİŞLİ	20	Adet		
2	DİŞ ÜNİTİ KAVİTRON CİHAZI / DİŞ TAŞI TEMİZLEME CİHAZI	1	Adet		
Toplam					

- * Kısmi Teklife açıktır.
- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- *Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir.5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

DİŞ ÜNİTİ YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-) DİŞ ÜNİTİ AERATÖR HORTUMU ÇİFT GİRİŞLİ

- a- Alınacak olan malzeme merkezimizde kullanılmakta olan diş ünitlerine uyumlu olmalıdır.
- b- kurumumuzda kullanılmakta olan Mikromotor ve Aeratörlere uyumlu olmalıdır.
- c- Merkezimizde kullanılmakta olan ışıklı yada ışısız Aeratörlere ara parça kullanılmadan monte edilmelidir.(Midvest model olmalıdır.)
- d- Alınacak olan Aeratör hortum uzunlukları 120 cm – 130 cm aralığında olmalıdır.
- e- Alınacak olan kamçı hortumları en az 1 (bir) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- f- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

2-) DİŞ ÜNİTİ KAVİTRON CİHAZI/DİŞ TAŞI TEMİZLEME CİHAZI:

- a- Alınacak olan malzeme merkezimizde kullanılmakta olan diş ünitlerine birebir uyumlu olmalıdır.
- b- Alınacak olan kavitron cihazı (ana kart, valf, adaptör, hendpiece el aleti-ucu, ve sıkma anahtarı)set halinde olmalıdır.
- c- Alınacak olan diş üniti kavitron cihazı ile diş taşı temizliği ve detedraji sorunsuz yapılmalıdır.
- d- Alınacak olan malzeme en az 2(iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- e- Alınacak olan malzeme muayene komisyonu ve teknik servis çalışanları tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: MM 666245
Biyomedikal Depo T.K.Y.

Mustafa KEREM
Teknisyen
Sicil No:1151
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sevket ERGÜÇ
Teknisyen
Sicil No: 115
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi