



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 11482

01.09.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 2 KALEM EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALIM İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :08.09.2023 11:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**van.adsm.satinalma@gmail.com**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT	45	LİTRE		
2	EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU NÖTRALİ SIVI 5 LT	50	LİTRE		
Toplam					

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ SIVI 5 LT
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Solüsyon; hastane ve diğer tıbbi kurumlardaki cerrahi araçların ve sert endoskopların, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve laboratuarda kullanılan cam malzemelerin alkalik temizlenmesi amacıyla otomatik yıkama makinelerinde ve diğer yıkayıcı dezenfektörlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Solüsyon %15-30 oranında fosfatlar yanında silikatlar, alkaliler ve aşınma inhibitörleri de içermelidir.
- 3- Solüsyon kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karşı kullanılmalıdır.
- 4- Solüsyon cerrahi alet ve diğerleri için otomatik yıkama makinelerinde 93° C determik olarak veya 60° C kimyasal olarak dezenfekte edilebilen tıbbi cihazların ve aksesuarların ön temizliğinde kullanılmalıdır.
- 5- PH değeri yaklaşık 14 olmalıdır.
- 6- Dozaj pompası olan bütün makinelerde tıbbi alanda temizleme için 3-5 mL / L Konsantrasyonda kullanıma uygun olmalıdır.
- 7- Solüsyon, yıkayıcı dezenfektör üreticilerinin (Miele, Belimed, Getinge vb.) en az ikisi tarafından onaylı olmalıdır.
- 8- Solüsyon 5 L.'lik polietilen bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.
- 9- Tercih edilecek alkali ürün, sağlık tesisinde kullanılan nötralizasyon ürünü ile etkileşime girmemelidir.
- 10- Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 11- Renksiz, berrak ve kokusuz olmalıdır.
- 12- Sterilizasyon süreçlerini etkilememesi için ürünün aletten su ile tamamen durulanabilir olduğunu gösteren Biyo uyumluluk (ISO 10993) raporu olmalıdır.
- 13- Solüsyonu çeken piston bidonun ağzından rahat geçebilmelidir.
- 14- Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
- 15- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- 16- Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, seri no, lotno ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 17- Ürün TİTUBB kayıtlı olmalıdır. TİTUBB kaydı olmayan malzeme gurubunda ise kapsam dışı olduğuna dair belge idareye sunulmalıdır.
- 18- Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir.
- 19- Teslim aşamasında gecikmelere ve uygun olmayan ürün getirilmesine engel olmak amacı ile ihale esnasında, firmalar tarafından en az 1 (bir) adet numune ihale dosyası ile teslim edilecektir. Ürünün örnek numunesi ile özellikleri komisyon tarafından kontrol edilecek, teknik şartnameye uygunluğu ve kullanım pratiği değerlendirilecektir. Uygun olmayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır.
- 20- Alınacak olan ürün firmadan kurumun ihtiyacına binaen peyderpey alınacaktır.

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: 244658245
Biyomedikal Depo T.K.Y.

Sevime Yılmaz
Hemşire
[Signature]

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
HAVVA ÖZTÜRK SOLMAZ
Pnömonoloji Uzmanı